

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

# Неіржавіюча сталь

**Виробник:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛНИТ», Україна.

### Опис

Хірургічний шовний матеріал Неіржавіюча сталь – є монофіламентним або мультифіламентним матеріалом, що не розсмоктується, виробленим із неіржавіючої сталі, до складу якої в основному входять залізо, хром та нікель, класифікованої згідно AISI в серії 200, 300, 400 і 500, яка використовується для виготовлення хірургічних матеріалів. Сталеве моноволокно характеризується еластичністю, опором до корозії, легкістю використання та високою міцністю.

### Дія

Хірургічний шовний матеріал Неіржавіюча сталь викликає мінімальну запальну реакцію. Не абсорбується тканинами і не втрачає своєї міцності на розтяг.

### Застосування

Хірургічний шовний матеріал Неіржавіюча сталь показаний для використання в ортопедії та травматології, а також для тих хірургічних процедур, де необхідна надійна тривала фіксація, в таких, наприклад, випадках, як закриття грудини після стернотомії.

### Протипоказання

Протипоказаний у пацієнтів, які мають високу чутливість або алергію до будь-якого з матеріалів, які входять до складу неіржавіючої сталі.

### Попередження

Матеріал розроблений для одноразового використання. Повторне використання дроту не припустиме. Повторно не стерилізувати.















Повторна стерилізація матеріалу може призвести до інфекції та втрати міцності.

### Заходи безпеки

Як і при роботі з іншими матеріалами, треба уникати його пошкоджень під час застосування. Щоб запобігти пошкодженню шовного матеріалу не відривайте голку від закріпленого в неї дрота. Для надійної фіксації використовуйте стандартну хірургічну техніку, ґрунтуючись на досвіді хірурга.

### Стерильність

Хірургічний шовний матеріал Неіржавіюча сталь виробництва ГОЛНИТ випускається в подвійній стерильній упаковці. Не використовувати матеріал після закінчення терміну придатності, не використовувати матеріал, якщо упаковка має пошкодження. В запечатаному вигляді продукт залишається стерильним на протязі терміну придатності, вказаному на індивідуальній упаковці.

	Use By	Використати до
	Manufacture Date	Дата виготовлення
	Do Not Reuse	Не використовувати повторно
	Sterilized with ethylene oxide	Стерилізовано окисом етилену
	Caution	Обережно
	Batch Code	Лот продукції
	Product Code	Код продукції
	Manufacturer	Виробник
	Reverse Cutting Needle	Зворотньо-ріжуча голка
	Cutting Needle	Ріжуча голка
	Spatula Needle	Шпательна голка
	Taper Point Needle	Колюча голка
	Tapercut Needle	Колюче-ріжуча голка
	Tapercut needle with a sharpening "diamond"	Колюче-ріжуча голка з заточкою «даймонд»



**ТОВ «Голнит»**

Харківське шосе, 48, 02160, м. Київ, Україна

Тел.: +38 (044) 296-19-82

+38 (044) 296-11-96

E-mail: [info@golnit.com](mailto:info@golnit.com)

[www.golnit.ua](http://www.golnit.ua)



хірургічний  
атравматичний  
шовний матеріал

**ГОЛНИТ®**

Вироблено в Україні.